

Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска Бања"

Рибарска Бања бб, 37205 Рибарска Бања

e-mail: ribarskabanja@yahoo.com

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

Питање 1.

Да ли је могуће понудити аутоклав следећих техничких карактеристика:

Парни стерилизатор (Аутоклав) Б класе

Запремина коморе: 23 литара

Температура стерилизације 121°C / 134 °C

Материјал за стерилизацију: Сви замотани и незамотани, чврсти и шупљи типа А као и порозни материјали

Програмабилни микропроцесорски контролни систем

Минимално 4,3" TFT LCD у боји

Екран при приказу грешке мења боју

Контролни систем заштићен шифром

5 претходно подешена програма: Универзални, брзи, осетљиви,...

2 корисничка програма и програм за сушење

2 тест програма: Vacuum test i Bowie&Dick/Helix test

Вредност вакуума: до 100 mbar

Опција избора више језика

Могућност праћења параметара рада графички

Интерна меморија за најмање 500 детаљних циклуса или 29500 циклуса стерилизације са извештајем

Меморија за задњих 100 отказа/проблема

Фабрички панелно монтиран термални штампач

УСБ прикључак за снимање података на меморијску картицу

Приступ апарату преко мрежног прикључка

Брза подршка слањем e-maila са детаљима о отказу (проблеми)

RS 232 port за конекцију на РС

Комора без шавова од нерђајућег челика

Фракциони pre-vacuum систем

Систем евалуације процеса

Систем за самодијагностику
HEPA филтер на улазу за ваздух
Сигурносни вентил
Капацитет (стерилизационих касета): 3 касете
Стандардно 3 полица, мах 6 полица
Унутрашње димензије: Ø260 x 440 mm
Спољне дим. (ШxДxВ): 570 x 730 x 525 mm
230 V – 50/60 Hz – 2500W

Одговор 1.

Не. Могуће је понудити искључиво аутоклав који испуњава техничке карактеристике које је Наручилац, у складу са својим потребама, навео у техничкој спецификацији.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.

Рибарска Бања, 02. 10. 2017. године

Комисија за јавну набавку